Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Amylase
CNPG3

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول AMY دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار AMY درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت AMY درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	150	Name	Amy
R2 volume	0	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	U/L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	410
Sample Vol (S)	3	S-wave.L	658
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	PRA
Sample Type Serum		Calc.Methd.	STD
Reaction time	5	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	10
Cal 2	*	M-DET.P.n	25
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

ALK-P

UV/KINETIC(DGKC)

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول ALP دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار ALP درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت ALP درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	ALP
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	U/L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	410
Sample Vol (S)	2.5	S-wave.L	
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	PRA
Sample Type Serum		Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	51
Cal 1	*	M-DET.P.m	60
Cal 2	*	M-DET.P.n	90
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	49
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

ALT(SGPT)

IFCC

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول ALT دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار ALT درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت ALT درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	ALT
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	U/L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	340
Sample Vol (S)	15	S-wave.L	
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	PRA
Sample Type Serum		Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	51
Cal 1	*	M-DET.P.m	60
Cal 2	*	M-DET.P.n	90
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	49
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Dec	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

AST(SGOT)

IFCC

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول AST دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار AST درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت AST درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	AST
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	U/L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	340
Sample Vol (S)	15	S-wave.L	
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	PRA
Sample Type Serum		Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	51
Cal 1	*	M-DET.P.m	60
Cal 2	*	M-DET.P.n	90
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	49
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Dec	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

B2M

Immunoturbidimetric

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول B2M در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت B2M در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار B2M در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	B2M
R2 volume	40	Digits	2
R1 diluent vol	0	Unit	mg / L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	571
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	800
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	MSTD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	5	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3	*	S-DET.P.p	61
Cal 4	*	S-DET.P.r	63
Cal 5	*	Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Calcuim
Arsenazo lll

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول Ca در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Ca در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Ca در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	150	Name	Ca
R2 volume	0	Digits	1
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	658
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	5	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	46
Cal 2	*	M-DET.P.n	48
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Cholestrol

CHOD-PAP

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول CHO در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CHO در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CHO در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	150	Name	Cho
R2 volume	0	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	505
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	658
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

CK-MB

DGKC

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول CK-MB در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CK-MB در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	CK-MB
R2 volume	30	Digits	1
R1 diluent vol	0	Unit	U /L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	340
Sample Vol (S)	8	S-wave.L	
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	RPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	51
Cal 1	*	M-DET.P.m	79
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	49
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Copper

PAESA

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول Cu در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Cu در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Cu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	150	Name	Cu
R2 volume	0	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	ug / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	571
Sample Vol (S)	7.5	S-wave.L	800
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	5	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	46
Cal 2	*	M-DET.P.n	48
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	3.0
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

CPK

Kinetic UV(NAC)

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول CPK دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CPK درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CPK درآنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	CPK
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	U/L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	340
Sample Vol (S)	4	S-wave.L	415
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	RRA
Sample Type Serum		Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	51
Cal 1	*	M-DET.P.m	70
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	49
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Createnine

GAFFE

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول Creat در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Creat در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Creat در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	Creat
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	505
Sample Vol (S)	15	S-wave.L	658
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	RPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	5	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	55
Cal 2	*	M-DET.P.n	70
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

CRP

Immunoturbidimetric

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول CRP در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت CRP در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار CRP در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	CRP
R2 volume	30	Digits	1
R1 diluent vol	0	Unit	mg / L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	596
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	0
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	MSTD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	6	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3	*	S-DET.P.p	61
Cal 4	*	S-DET.P.r	63
Cal 5	*	Check D.P.I.	0
Cal 6	*	Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

D.DIMER

Immunoturbidimetric

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول D.DIMER در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت D.DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D.DIMER در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume		Name	D.DIMER
R2 volume	35	Digits	1
R1 diluent vol	0	Unit	µg / mL
R2 diluent vol	0	M-wave L.	660
Sample Vol (S)	6	S-wave.L	0
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	MSTD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	6	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3	*	S-DET.P.p	61
Cal 4	*	S-DET.P.r	63
Cal 5	*	Check D.P.I.	0
Cal 6	*	Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Direct Bilirubin

Modified DPD

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول D.Bill در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت D.Bill در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار D.Bill در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	D.Bill
R2 volume	30	Digits	2
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	545
Sample Vol (S)	15	S-wave.L	694
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	3
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	44
Cal 4		S-DET.P.r	46
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Ferritin

Immunoturbidimetric

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول FERRITIN در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت FERRITIN در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار FERRITIN در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	Ferritin
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	µg / L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	546
Sample Vol (S)	15	S-wave.L	0
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	MSTD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	6	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3	*	S-DET.P.p	61
Cal 4	*	S-DET.P.r	63
Cal 5	*	Check D.P.I.	0
Cal 6	*	Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

GLUCOSE
GOD

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول Glu در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Glu در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Glu در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	150	Name	Glu
R2 volume	0	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	505
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	658
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Iron

FERROZINE

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول Iron در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Iron در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Iron در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	FE
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	571
Sample Vol (S)	15	S-wave.L	0
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	44
Cal 4		S-DET.P.r	46
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

HDL

Direct Enzymatic

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول HDL در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت HDL در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار HDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	HDL
R2 volume	40	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	571
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	800
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	44
Cal 4		S-DET.P.r	46
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

LDH

DGKC

روش آماده سازی محلول: محلول معرف به صورت آماده مصرف در داخل کیت قرار دارد.
پایداری محلول: پایداری محلول LDH در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.
کنترل ها: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .
کالیبراتورها : جهت کالیبردستگاه، می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت LDH در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید .

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	LDH
R2 volume	30	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	U/L
R2 diluent vol	0	M-wave L.	340
Sample Vol (S)	3	S-wave.L	
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	PRA
Sample Type Serum		Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	51
Cal 1	*	M-DET.P.m	60
Cal 2	*	M-DET.P.n	95
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	49
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Upper Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Dec	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

LDL

Direct Enzymatic

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول LDL در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت LDL در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار LDL در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	120	Name	LDL
R2 volume	40	Digits	0
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	571
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	800
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	10	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	96
Cal 2	*	M-DET.P.n	98
Cal 3		S-DET.P.p	44
Cal 4		S-DET.P.r	46
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999

Persian Tajhiz System
Medical Equipment, Diagnostics and Consumables

Advia1800

Magnesium
XYLIDYLBLUE

روش آماده سازی معرف ها: معرف بصورت آماده مصرف درون کیت قرار دارد.

پایداری معرف: پایداری محلول Mg در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها می باشد.

کالیبراتور: جهت کالیبر دستگاه می توانید از کالیبراتورهایی که غلظت Mg در آنها با روش فوق تعیین شده استفاده نمایید .

کنترل: جهت کنترل صحت، می توانید از سرم کنترل هایی که مقدار Mg در آنها با روش فوق تعیین شده است استفاده نمایید.

Analytical conditions		**Sub-analy. conditions**	
R1 volume	150	Name	Mg
R2 volume	0	Digits	1
R1 diluent vol	0	Unit	mg / dl
R2 diluent vol	0	M-wave L.	505
Sample Vol (S)	1.5	S-wave.L	694
Sample diluent Vol	0	Analy.Methd.	EPA
Sample Type	Serum	Calc.Methd.	STD
Reaction time	5	Qualit. Judge	Not do
Reagent 1 stir	Weak	Serum Reac . Sap Vol (u)	
Reagent 2 stir	Weak		
Standard Setting		**Calculation method setting**	
Multi Cal	2	M-DET.P.l	0
Cal 1	*	M-DET.P.m	46
Cal 2	*	M-DET.P.n	48
Cal 3		S-DET.P.p	0
Cal 4		S-DET.P.r	0
Cal 5		Check D.P.I.	0
Cal 6		Limit value	0,003
		Variance	10
Prozone			
Prozone form	None	Ab serum H	99999
Prozone Limit	9.999	Ab serum L	-99999
Prozone Judge	Lower Limit	Cycie	3
Judge Limit	9.999	Factor	1
M-DET.P.m	0	Blank (u)	9.999
M-DET.P.n	0	Blank (d)	-9.999
S-DET.P.p	0	Sample (u)	9.999
S-DET.P.r	0	Sample (d)	-9.999
Reac Type	Inc	Re Absorb (u)	9.999
Max Limit	2.5	Re Absorb (d)	-9.999











